



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal

Québec
H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Équipement d'optométrie	
Solicitation No. - N° de l'invitation 21301-185095/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 21301-18-5095	Date 2017-10-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-375-14509	
File No. - N° de dossier MTA-7-40042 (375)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-30	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Joseph, Marc	Buyer Id - Id de l'acheteur mta375
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3666 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
21301-185095/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
21301-185095

N° de la modif - Amd. No.
004
File No. - N° du dossier
MTA-7-40042

Id de l'acheteur - Buyer ID
mta375
N° CCC / CCC No.
N° VME - FMS

MODIFICATION NO.004

Le but de cette modification est de répondre à une question soulevée par un potentiel soumissionnaire. Cette modification ci-dessous entraîne la mise à jour de la demande de proposition. Les soumissionnaires doivent en tenir compte lorsqu'ils élaborent leur proposition.

Question

À l'annexe « A - Besoin », au point # 10, Tonomètre. Les paramètres spécifiés exigent une plage de mesure de 1 à 60 mmhg, ce qui est applicable pour plusieurs marques de tonomètres. Mais APC 40 et APC 60 sont deux termes spécifiques à un modèle/marque en particulier. Ce modèle/marque étant le seul à pouvoir fournir ces paramètres en ces termes. SVP nous informer si nous pouvons retirer ces termes des spécifications.

Réponse

À l'annexe « A - Besoin », au point # 10, Tonomètre :

SUPPRIMER

10. Tonomètre

_Plage de mesure	De 1 à 60 mm de HG, CCAA 40, CCAA 60
_Distance de fonctionnement	Minimum de 11 mm
_Alignement	
i) Méthode	Point d'alignement et indicateur de foyer
ii) Lumière Intérieure	DEL verte
iii) Plage de fonctionnement	36 mm
iv) Mode	Automatique
_Moniteur	Affichage couleur de 5 po minimum
_Imprimante	Requise avec l'équipement

INSÉRER

À l'annexe « A - Besoin », au point # 10, Tonomètre :

10. Tonomètre

_Plage de mesure	De 1 à 60 mm de HG.
_Distance de fonctionnement	Minimum de 11 mm
_Alignement	
i) Méthode	Point d'alignement et indicateur de foyer
ii) Lumière Intérieure	DEL verte
iii) Plage de fonctionnement	36 mm
iv) Mode	Automatique
_Moniteur	Affichage couleur de 5 po minimum
_Imprimante	Requise avec l'équipement

**TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION
DEMEURENT INCHANGÉES**