



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
219 - 800 Burrard Street
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver, BC V6Z 0B9

Title - Sujet Gas Chromatograph Mass Spectrometer	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8F10-180306/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client K8F10-180306	Date 2017-10-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VAN-582-8174	
File No. - N° de dossier VAN-7-40212 (582)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-10-26	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lee, Hilda	Buyer Id - Id de l'acheteur van582
Telephone No. - N° de téléphone (604) 764-6053 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-7526
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K8F10-180306/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K8F10-180306

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
VAN-7-40212

Buyer ID - Id de l'acheteur
van582
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

TITLE: GAS CHROMATOGRAPH MASS SPECTROMETER SYSTEM

This amendment 002 is raised to incorporate the following information into solicitation number K8F10-180306/A.

QUESTIONS AND ANSWERS

Q1. Does the user value an extended mass range to up to 2000 amu?

A1. Instrument with higher mass range can be useful in petroleum hydrocarbon analysis and thus will be scored better accordingly.

Q2. Would fast scanning be of interest, up to 100 Hz acquisition frequency?

A2. Yes, we are interested in this feature as a fast scanning rate can be useful in running samples with a large number of targeted compounds in short time.

Q3. Would the user like to acquire soft ionisation spectra simultaneously with classic 70 eV spectra?

A3. This is a nice feature and may be useful for method development.

Q4. Is GCxGC of interest?

A4. Currently, the user's lab has no plan to develop GCxGC methods.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.