



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)  
B3J 1T3  
Nova Scotia  
Bid Fax: (902) 496-5016

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution  
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions  
1713 Bedford Row  
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)  
B3J 3C9  
Nova Scot

<b>Title - Sujet</b> Dissecting Microscope	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 01804-180541/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 01804-18-0541	<b>Date</b> 2017-10-25
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$HAL-320-10227	
<b>File No. - N° de dossier</b> HAL-7-79121 (320)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-11-29</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Browne, January	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hal320
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 401-8687 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

### **Modification 001**

La modification 001 vise à apporter un changement et à répondre à des questions de soumissionnaires.

#### **6.4 Durée du contrat**

***Supprimer au complet.***

***Insérer ce qui suit :***

##### **6.4.1 Date de livraison obligatoire**

Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 mars 2018.

##### **6.4.2 Modalités de livraison**

Les biens doivent être livrés rendu droits acquittés selon les Incoterms 2000 à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada  
32, rue Main  
Kentville (Nouvelle-Écosse) B4N 1J5  
Canada

**Question 1** : La platine doit-elle être inclinable?

**Réponse 1** : Ce n'est pas une exigence.

**Question 2** : Souhaitez-vous pouvoir faire des vidéos?

**Réponse 2** : Non.

**Question 3** : Quelles sont les exigences relatives à la qualité d'image (caméra)?

2 560 x 1 920 pixels au minimum

**Question 4** : Quelles sont les exigences relatives à la profondeur de champ?

70 mm avec une tolérance de 2 mm (de 68 mm à 72 mm)

**Question 5** : L'axe Z doit-il être motorisé ou manuel?

L'un ou l'autre est acceptable.

**Question 6** : Les axes X et Y doivent-ils être motorisés ou manuels?

L'un ou l'autre est acceptable.

***Toutes les autres modalités demeurent inchangées.***