



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Meteorological Instruments	
Solicitation No. - N° de l'invitation K3D33-180515/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K3D33-180515	Date 2017-11-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-008-7392	
File No. - N° de dossier TOR-7-40077 (008)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-12-05	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Leslie, Sandra	Buyer Id - Id de l'acheteur tor008
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2069 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

L'invitation n° 001 est publiée afin de répondre aux questions reçues à l'égard de l'invitation n° K3D33-180515/A.

Question 1 : Notre question porte sur les enregistreurs de données ou les terminaux à distance qui recevront les données ou les éléments de sortie des capteurs de pression atmosphérique qui seraient fournis.
Pourriez-vous nous renseigner sur les marques, les modèles et les types des enregistreurs de données, ainsi que sur la puissance de sortie nécessaire pour activer les capteurs (spécifications, si possible)?

Réponse 1 : Le capteur de pression proposé sera utilisé avec divers enregistreurs de données, et non avec une marque, un modèle ou un type en particulier.

Les spécifications relatives à la puissance de sortie nécessaire pour activer le capteur proposé sont précisées à l'annexe A, paragraphe 6.3, points 9 (Alimentation électrique – plage de tension), 10 (Alimentation électrique – consommation de courant), 11 (Protection contre la polarité inversée) et 12 (Protection contre les hausses de tension).

Ces spécifications nous garantissent la compatibilité de nos enregistreurs de données actuels et prévus et de nos autres capteurs qui sont ou seront utilisés avec ces enregistreurs de données. Le capteur de pression proposé n'est que l'un des capteurs connectés à cet équipement, et seule une partie de la puissance de sortie totale de l'enregistreur de données est disponible pour le capteur de pression.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES ET SONT PLEINEMENT EN VIGUEUR