



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure,  
800 rue de la Gauchetière Ouest  
Voir aux présentes - See herein  
Montréal

Québec  
H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure,  
800 rue de la Gauchetière Ouest  
Voir aux présentes - See herein  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Incubateurs-agitateurs	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 31241-170137/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 006
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 31241-17-0137	<b>Date</b> 2017-11-16
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SMTA-625-14548	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTA-7-40191 (625)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2017-11-27</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Lavoie, Corine	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mta625
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 496-3483 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

N° de l'invitation - Solicitation No.  
31241-170137/A  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
31241-170137

N° de la modif - Amd. No.  
006  
File No. - N° du dossier  
MTA-7-40191

Id de l'acheteur - Buyer ID  
MTA625  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

---

## MODIFICATION 006

Cette modification a pour but de modifier la spécification technique obligatoire 3.9 et supprimer la modification 003.

---

### **Modification #1 à l'annexe A « Besoin », partie 3.0 Spécifications techniques obligatoires :**

#### **Supprimer :**

- 3.9 Chaque agitateur doit être accompagné d'une plaque d'une grandeur minimum de 45 x 45 cm de type « utility carrier » ajustable, ne nécessitant pas l'emploi d'attaches individuelles.

#### **Insérer :**

- 3.9 Chaque agitateur doit être accompagné d'une plaque d'une grandeur minimum de 45 x 45 cm de type « utility carrier » ajustable, ne nécessitant pas l'emploi d'attaches individuelles et doit supporter un minimum de 30 bouteilles Wheaton de 7.5 cm de diamètre x 19.0 cm de haut.

### **Modification #2 est de supprimer la modification 003 :**

#### **Supprimer :**

### **QUESTION(S) ET RÉPONSE(S)**

**Q. En ce qui concerne les plates-formes de shaker, nous avons deux types. Une plate-forme à springs ou une plate-forme de base. Nous nous demandons juste lequel était requis pour cet appel d'offres?**

R. Les plates-formes doivent être sans pince. Une plate-forme doit contenir trente bouteilles de sérum 500 ml-Wheaton et être ajustable pour s'adapter à d'autres types de vaisseaux. Une plate-forme avec deux tiges réglables est parfaite pour notre besoin (type de support de service).

**TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.**