



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal

Québec
H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure,
800 rue de la Gauchetière Ouest
Voir aux présentes - See herein
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Incubateurs-agitateurs	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31241-170137/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 31241-17-0137	Date 2017-11-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-625-14548	
File No. - N° de dossier MTA-7-40191 (625)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-11-27	
Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lavoie, Corine	Buyer Id - Id de l'acheteur mta625
Telephone No. - N° de téléphone (514) 496-3483 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
31241-170137/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
31241-170137

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier
MTA-7-40191

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTA625
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 006

The purpose of this amendment is change the mandatory technical specification 3.9 and delete the amendment 003.

Amendment #1 to Annex "A" Requirement, part 3.0 Mandatory Technical Specifications:

Delete:

- 3.9 Each shaker must come with one platform with a minimum size of 45 x 45 cm in an adjustable utility carrier type, which does not require the use of individual fasteners.

Insert:

- 3.9 Each shaker must come with one platform with a minimum size of 45 x 45 cm in an adjustable utility carrier type, which does not require the use of individual fasteners and must support a minimum of 30 Wheaton bottles of 7.5 cm in diameter x 19.0 cm in height.

Amendment #2 is to delete amendment 003:

Delete:

QUESTION(S) AND ANSWER(S)

Q1. In regards to the shaker platforms, we have two types. A spring platform or a basic platform. We were just wondering which one was required for this tender?

R1. Platforms must be clamp-free. One platform must fit thirty 500mL-Wheaton serum bottles and be adjustable to accommodate other type of vessels. A platform with two adjustable rods is perfect for our need (utility carrier type).

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED