



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Nova Scotia
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9
Nova Scot

Title - Sujet Liquid Chromatography (UHPLC) Syst.	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-180323/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-18-0323	Date 2017-11-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-321-10220	
File No. - N° de dossier HAL-7-79084 (321)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-12-01	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Baurin, Bruno	Buyer Id - Id de l'acheteur hal321
Telephone No. - N° de téléphone (902) 402-6891 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Contract No. - N° de l'invitation

39903-180323/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

HAL321

Client Ref. No. - N° de réf. du client

39903-180323

File No. - N° du dossier

HAL-7-79084

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment #004 is to answer questions.

Question #1

In the bid pages 23-24; 5.a-5.f are mandatory but why are these allocated points later in Annex E?

Answer #1

5.a – 5.f are the **minimum** requirements for the system to be considered compliant with the specifications. Points are then allocated (as per Annex E) for performance **beyond** the minimum spec.

A system which cannot detect Chloramphenicol at 40 fg on column at a 50 ms dwell time as per the test conditions would not meet the minimum requirement and be disqualified from the process.

All systems which meet the minimum mandatory specifications will be assessed based on points and price as described in the RFP documents.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS WILL REMAIN THE SAME.