



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Nova Scotia
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9
Nova Scot

Title - Sujet Liquid Chromatography (UHPLC) Syst.	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-180323/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-18-0323	Date 2017-11-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-321-10220	
File No. - N° de dossier HAL-7-79084 (321)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2017-12-05	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Baurin, Bruno	Buyer Id - Id de l'acheteur hal321
Telephone No. - N° de téléphone (902) 402-6891 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Contract No. - N° de l'invitation

39903-180323/A

Amd. No. - N° de la modif.

006

Buyer ID - Id de l'acheteur

HAL321

Client Ref. No. - N° de réf. du client

39903-180323

File No. - N° du dossier

HAL-7-79084

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

Amendment #006 is to raise the following:

Annex C – Mandatory Specifications

Page 23 – 5.c

Delete in its entirety

Under the test conditions detailed in Annex “B”, the Instrument Detection Limit (IDL) for Diethylstilbestrol (CAS#: 56-53-1) must be lower than 100 femtograms on column at a 50 ms dwell time.

Annex C – Mandatory Specifications

Page 23 – 5.c

Insert in its entirety

Under the test conditions detailed in Annex “B”, the Instrument Detection Limit (IDL) for Metronidazole (CAS#: 443-48-1) must be lower than 10 femtograms on column at a 50 ms dwell time.

***CLOSING DATE HAS BEEN EXTENDED TO DECEMBER 5, 2017.**

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS WILL REMAIN THE SAME.