



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550 D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC - PWGSC

601 - 1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Chromatographe Liquide HP	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 23331-180659/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 23331-180659	<b>Date</b> 2017-12-18
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCW-030-17274	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCW-7-40201 (030)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-15</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy, Alain	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcw030
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2845 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**This is amendment 001 to our solicitation:**

**QUESTION / ANSWER**

---

**Question #1**

Under Annex "A", section 4 "Technical Specifications", for point 4.1.6 for the HPLC Pump, would it be acceptable if the compositional accuracy is +/- 0.5% absolute, instead of <0.5% ?

**Answer #1**

Yes, a compositional accuracy of +/- 0.5% is acceptable.

**Question #2**

Under Annex "A", section 4 "Technical Specifications", subsection 4.6 "Option to Purchase Additional Equipment", for point 4.6.2, "If the HPLC system being proposed already has an autosampler that includes the temperature control module for controlling the sample temperature compartment ..., as part of the proposed HPLC system, then is it still necessary to quote an additional temperature control module for the autosampler under the optional items section of the quote?

**Answer #2**

No, it is not necessary to quote an additional temperature control module. Under Annex "B", Basis of Payment, B2 Price – Option: Goods. For Item 2, indicate "Included"

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.**