



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550 Avenue d'Estimauville

1550 D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

FAX pour soumissions: (418) 648-2209

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC - PWGSC

601 - 1550 Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> HP Liquid Chromatograph		
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 23331-180659/A		<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 23331-180659		<b>Date</b> 2017-12-18
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCW-030-17274		
<b>File No. - N° de dossier</b> QCW-7-40201 (030)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2018-01-15</b>		<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Normale du l'Est HNE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy, Alain		<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcw030
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 649-2845 ( )		<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**Modification 001 à notre invitation.**

**QUESTION / RÉPONSE**

---

**Question #1**

À l'annexe "A", section 4 "Spécifications techniques", pour le point 4.1.6 pour la pompe CLHP, serait-il acceptable que la précision de composition soit de +/- 0,5% absolue, au lieu de <0,5% ?

**Réponse #1**

Oui, une précision de composition de +/- 0,5% est acceptable.

**Question #2**

À l'annexe "A", section 4 "Spécifications techniques", paragraphe 4.6 "Option d'achat d'équipement supplémentaire", pour le point 4.6.2, "Si le système CLHP proposé possède déjà un échantillonneur automatique qui inclut le contrôle de température dans le cadre du système CLHP proposé, est-il nécessaire de soumissionner un module de contrôle de température supplémentaire pour l'échantillonneur automatique dans la section des articles optionnels de la soumission?

**Réponse #2**

Non, il n'est pas nécessaire d'ajouter une soumission pour un module de contrôle de température supplémentaire. À l'annexe "B", Base de paiement, B2 Prix – Option : Biens. Pour l'item 2 indiquer « inclus »

**TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.**