



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6B1, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Modular X-Ray Shielded Room	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23375-180749/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 23375-180749	Date 2018-01-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPV-904-73957	
File No. - N° de dossier pv904.23375-180749	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-22	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Frigon, Francine	Buyer Id - Id de l'acheteur pv904
Telephone No. - N° de téléphone (819) 743-4279 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Department of Natural Resources 1 Haanel Dr. Ottawa, Ontario K1A 1M1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment #002 is raised to answer additional questions received from industry as follow:

Questions / Answers:

Part 2.1 - MANDATORY TECHNICAL EVALUATION CRITERIA, point 1.5 says "The room must allow for bolting to the floor."

Q2. What is the max size of the bolts to be used in the floor?

A2. The maximum bolt size will be ¾". The lead-lined floor will be installed overtop of a structural mezzanine and bolted to that mezzanine.

Q3. Once the bolt holes are drilled through the floor layer there is a potential for radiation leaks to go through the open holes. Is something needed to cover these holes for radiation protection purposes?

A3. Yes, if the lead is penetrated by the bolts, sealing is required for radiation protection purposes. Lead shielding for those any holes in the floor must comply with section 2.0 of Annex A.

Q4. What is the maximum load that will be on the floor?

A4. The floor should be designed for 244 kg/m² (50 psf). The equipment going in the room weighs approximately 1500 kg (3300 lb).

Q5. Is there an overhead manipulator, or some type of manipulator needed for the enclosure?

A5. No manipulator is required.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SOLICITATION DOCUMENT REMAINS THE SAME.