



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving
PWGSC
33 City Centre Drive
Suite 480C
Mississauga
Ontario
L5B 2N5
Bid Fax: (905) 615-2095**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
33 City Centre Drive
Suite 480
Mississauga
Ontario
L5B 2N5

Title - Sujet Compact Weather Stations	
Solicitation No. - N° de l'invitation K3D33-180856/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client K3D33-180856	Date 2018-01-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$TOR-015-7428	
File No. - N° de dossier TOR-7-40112 (015)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-01-19	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Abela, Aaron	Buyer Id - Id de l'acheteur tor015
Telephone No. - N° de téléphone (905) 615-2061 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K3D33-180856/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K3D33-180856

Amd. No. - N° de la modif.
005
File No. - N° du dossier
TOR-7-40112

Buyer ID - Id de l'acheteur
tor015
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification n° 005 à l'invitation à soumissionner porte sur les points suivants :

A) Question et réponse

A) Question et réponse

Q1 : Dans la modification n° 004 qui a été publiée sur le site Web achatsetventes.gc.ca le 12 janvier 2018, la consommation d'énergie maximale a été augmentée de 40 watts à 100 watts. Veuillez confirmer qu'Environnement et Changement climatique Canada aura également des options de tensions en courant continu, soit 24 volts ou 12 volts.

R1 : La station météorologique doit utiliser un système d'alimentation unique à 12 volts pour se conformer à notre configuration.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.