



National Defence

Défense nationale

National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

**SOLICITATION CLOSES
L'INVITATION PREND FIN**

**at - à 14:00
on - le 20 Février, 2018**

TIME ZONE - FUSEAU HORAIRE

Heure normale de l'Est (HNE)

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

CE DOCUMENT CONTIENT DES EXIGENCES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ.

Issuing Office - Bureau de distribution

DIRECTEUR Services d'acquisition
Ministère de la Défense nationale (MDN)
101 Colonel By Drive
Ottawa ON K1A 0K2

Title - Sujet Stérilisateur à vapeur automatique fermé	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6369-17-A016	Amendment No. - N° de la modification 1
Date of Solicitation - Date de l'invitation 11 Janvier, 2018	
RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À : Par courriel au : vanessa.cairney@forces.gc.ca Direction - Contrats de services (DC Svcs) 3-4-2 Attention : Vanessa Cairney	
Address enquiries to: Adresser toute demande de renseignements à : Vanessa Cairney Telephone No. E-Mail Address N° de téléphone Courriel vanessa.cairney@forces.gc.ca	
Destination Voir aux présentes.	
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur Telephone No. E-Mail Address N° de téléphone Courriel	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) Signature Date	



National Defence

Défense nationale

National Defence Headquarters
Ottawa, Ontario
K1A 0K2

Quartier général de la Défense nationale
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

LA MODIFICATION 1 DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS NUMÉRO W6369-17-A016 VISE:

1. À donner des précisions et à répondre aux questions des soumissionnaires éventuels.

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Question 1	Est-ce que le stérilisateur est pour les soins de santé ou les sciences de la vie?
Réponse 1	Le stérilisateur est pour les soins de santé.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.