



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2
Bid Fax: (709) 772-4603

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
PWGSC / TPSGC - Nfld. Region
Cabot Place, Phase II, 2nd Floor
Box 4600
St. John's, NF
A1C 5T2

Title - Sujet Atmospheric Visibility Sensors	
Solicitation No. - N° de l'invitation F6839-184064/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F6839-184064	Date 2018-06-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SOLZ-009-7093	
File No. - N° de dossier OLZ-8-41023 (009)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-07-11	Time Zone Fuseau horaire Newfoundland Daylight Saving Time NDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lacey, Rhonda	Buyer Id - Id de l'acheteur olz009
Telephone No. - N° de téléphone (709) 772-8057 ()	FAX No. - N° de FAX (709) 772-4603
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Contract No. - N° de l'invitation

F6839-184064/001/OLZ

Client Ref. No. - N° de réf. du client

F6839-184064

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

OLZ-8-41023

Buyer ID - Id de l'acheteur

olz009

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 004

Amendment 004 is being issued to address the following:

(1) We have some observations to convey about the "Scatter angle from 42° to 45°" requirement. Our offered sensor works with a 37° angle. We want to kindly request the DFO to consider and increase the acceptable scatter angle.

➤ Based on the needs of DFO, we wish to keep the original Scatter angle requirement.

(2) The Electronics Supply Voltage is listed as 10 - 36 VDC. Is this the specification for the power source which will be powering the visibility sensor?

➤ Yes.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED