

La modification 003 vise à répondre aux questions suivantes et réviser la DP :

Questions :

Question 3:

- a. Technique obligatoire 1D indique "Le DEA doit être équipé d'un écran intégré pour afficher les images ou le texte des instructions à l'intention de l'utilisateur." Veuillez clarifier ce que l'on entend par affichage intégré - s'agit-il d'un écran LCD?
- b. If Si tel est le cas, cette fonctionnalité est uniquement proposée avec des instructions textuelles. Veuillez préciser si seules les images suffisent encore si elles sont affichées sur le DAE sans affichage intégré.

Réponse 3:

- a. Oui, nous avons besoin d'un écran LCD sur le DAE.
- b. Non, cela ne suffit pas. L'écran LCD doit afficher des instructions textuelles ou des images vidéo de l'étape actuelle requise de l'utilisateur.

Question 4:

Technique obligatoire 6E indique "Elles doivent fournir une rétroaction à l'utilisateur quant à la profondeur et à la vitesse appropriées des compressions de RCP." Veuillez préciser si le retour doit être en temps réel.

Réponse 4:

Oui, il s'agit d'un retour d'information en temps réel afin que l'appareil puisse informer l'utilisateur de la profondeur et de la fréquence appropriées des compressions thoraciques.

Question 5:

7.5 Formation indique que "La formation du coordonnateur du site, qui consiste en des séances bilingues, doit être offerte sur demande et diffusée par vidéoconférence à de nombreux employés régionaux. Le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour que le système de vidéoconférence soit disponible." Veuillez préciser combien de sessions de «vidéoconférence du coordonnateur de site» seront nécessaires.

Réponse 5:

Une séance de formation des coordonnateurs de site sera requise sur place à l'édifice East Memorial, au 284, rue Wellington, à Ottawa, Ontario.

Question 6:

7.5 Formation indique que "Des séances d'information sur les DEA fournis devront être données aux secouristes. L'entrepreneur devra fournir une formation de familiarisation et de sensibilisation." Précisez s'il vous plaît:

Solicitation No. - N° de l'invitation
19032-180052/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
19032-180052

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
pv915.19032-180052

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv915
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

- a. combien de sessions seront nécessaires,
- b. Ces sessions sont-elles organisées par vidéoconférence ou sur site, et
- c. Si formation sur site, existe-t-il une liste des lieux possibles pour cette formation?

Réponse 6:

- a. Il y aura 1 «séance de formation de secouriste» requise sur place à l'édifice East Memorial Building, au 284, rue Wellington, Ottawa, Ontario.
- b. Cette session de formation des secouristes auxiliaires sera sur place
- c. La formation sur place aura lieu à l'East Memorial Building, au 284, rue Wellington, Ottawa, Ontario. Toutes les sessions futures peuvent se faire par vidéoconférence.

Changements à la DP:

- 1) À l'annexe A, article 7.5 – Formation, après “Des séances d’information sur les DEA fournis devront être données aux secouristes. L’entrepreneur devra fournir une formation de familiarisation et de sensibilisation”,

INSÉRER: “La formation initiale des secouristes sera dispensée sur place à l'édifice East Memorial, au 284, rue Wellington, Ottawa, Ontario. Toutes les sessions futures se feront par vidéoconférence.”

2) À l'annexe B – Base de Paiement:

SUPPRIMER les tableaux 1, 2 et 3 dans leur intégralité.

REEMPLACER PAR:

Tableau 1: Prix pour la période initiale du contrat de trois (3) ans

N°	Description	Nombre d'unités aux fins d'évaluation	Prix unitaire	Prix calculé (Qté X prix unitaire)
1	Trousse de DEA, selon l'annexe A	500	\$	\$
2	Ensemble de piles pour le DEA, selon l'annexe A	500	\$	\$
3	Ensemble de piles pour les boîtiers, selon l'annexe A	200	\$	\$
4	Boîtier avec alarmes sonores et lumières stroboscopiques, selon l'annexe A	50	\$	\$
5	Panneaux muraux bilingues pour le DEA, selon l'annexe A	500	\$	\$
6	Électrodes de remplacement pour le DEA, selon l'annexe A	500	\$	\$
7	DEA pour la formation, selon l'annexe A	100	\$	\$
8	Séance de formation des secouristes - vidéoconférence	50	\$	\$
9	Séance de formation de coordonnateur de site - vidéoconférence	50	\$	\$

Tableau 2: Prix pour la première année d'option (année 4 de l'OCPN)

N°	Description	Nombre d'unités aux fins d'évaluation	Prix unitaire	Prix calculé (Qté X prix unitaire)
1	Trousse de DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
2	Ensemble de piles pour le DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
3	Ensemble de piles pour les boîtiers, selon l'annexe A	100	\$	\$
4	Boîtier avec alarmes sonores et lumières stroboscopiques, selon l'annexe A	25	\$	\$
5	Panneaux muraux bilingues pour le DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
6	Électrodes de remplacement pour le DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
7	DEA pour la formation, selon l'annexe A	25	\$	\$
8	Séance de formation des secouristes - vidéoconférence	50	\$	\$
9	Séance de formation de coordonnateur de site - vidéoconférence	50	\$	\$

Tableau 3: Prix pour la deuxième année d'option (année 5 de l'OCPN)

N°	Description	Nombre d'unités aux fins d'évaluation	Prix unitaire	Prix calculé (Qté X prix unitaire)
1	Trousse de DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
2	Ensemble de piles pour le DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
3	Ensemble de piles pour les boîtiers, selon l'annexe A	100	\$	\$
4	Boîtier avec alarmes sonores et lumières stroboscopiques, selon l'annexe A	25	\$	\$
5	Panneaux muraux bilingues pour le DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
6	Électrodes de remplacement pour le DEA, selon l'annexe A	100	\$	\$
7	DEA pour la formation, selon l'annexe A	25	\$	\$
8	Séance de formation des secouristes - vidéoconférence	50	\$	\$
9	Séance de formation de coordonnateur de site - vidéoconférence	50	\$	\$

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DE LA DP DEMEURENT INCHANGÉES