



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Autoclave	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01689-190309/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 01689-19-0309	Date 2018-11-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-620-7591	
File No. - N° de dossier KIN-8-50052 (620)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-11-27	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Porter, Marta M.	Buyer Id - Id de l'acheteur kin620
Telephone No. - N° de téléphone (613) 547-7587 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 002 Autoclave, est apportée pour la raison suivante :

- 1. Transmettre les réponses de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada à des questions posées par les soumissionnaires.**
-

- Q1.** À l'annexe A, section 10 Formation, cellule 10.1, veuillez confirmer qu'on fait référence à la formation sur place des utilisateurs.
- R1.** Oui, la « formation » implique que le fournisseur enseigne aux utilisateurs comment se servir de l'autoclave une fois que celui-ci est installé et fonctionnel.
- Q2.** À l'annexe A, section 13 Installation, cellule 13.1, veuillez confirmer qui est responsable du raccordement des services publics de l'autoclave au bâtiment.
Est-ce l'entrepreneur de l'université?
- R2.** Nos employés se chargeront d'amener les services publics du bâtiment à moins d'un (1) mètre du site d'installation; toutefois, c'est le fournisseur qui se chargera de raccorder l'autoclave aux services publics du bâtiment. Le fournisseur doit assurer la coordination avec notre personnel des installations et donner un préavis d'au moins trois (3) jours avant de faire le raccordement.
- Q3.** En ce qui concerne les critères de l'appel d'offres – Point 5 Porte et joint – Pouvez-vous confirmer si Travaux publics acceptera une porte sans charnières pour ce stérilisateur? Mon manufacturier fabrique une porte coulissante verticale pour ce petit stérilisateur de 26 x 26 x 39 (format B). Veuillez confirmer si cet autre type de porte est acceptable afin que nous puissions présenter une proposition de prix.
- R3.** Nous accepterons une porte verticale pour le critère 5.1 à condition qu'il s'agisse d'une porte manuelle et qu'elle satisfasse à toutes les autres spécifications.