

Solicitation No. - N° de l'invitation
E60PV-18AEDS/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
E60PV-18AEDS

Amd. No. - N° de la modif.
004
File No. - N° du dossier
pv915.E60PV-18AEDS

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv915
CCC No./N° CCC - FMS No/N° VME

La modification 004 vise à répondre aux questions suivantes et réviser la DOC :

Questions :

Question 7:

Il n'existe actuellement qu'une (1) unité de DEA approuvée par Santé Canada qui fournira à la fois un affichage à cristaux liquides avec texte et une rétroaction de RCP «en temps réel», ainsi que toutes les autres spécifications. Avec un seul (1) DAE pouvant satisfaire à toutes les spécifications obligatoires, il s'agit d'un appel d'offres fermé. Certaines unités de DEA fournissent des pictogrammes visuels sans écran LCD et fournissent des informations en temps réel sur la RCP, ainsi que des invites vocales bilingues et répondent à toutes les autres. Nous demandons que l'écran LCD «intégré» soit supprimé, ce qui est une obligation, afin que l'obligation initiale de permettre la présence d'images visuelles soit toujours.

Réponse 7:

Comme il n'existe sur le marché qu'une seule unité approuvée par Santé Canada qui offre à la fois un retour d'information en temps réel sur la RCP et un affichage à DEL intégré avec texte ou images, le Canada accepte de changer élément important, qui est la fonctionnalité de retour «en temps réel». Par conséquent, le Canada a besoin d'un retour d'information en temps réel sur la RCP, ainsi que d'aides visuelles illustrant les étapes à suivre par l'utilisateur. Ces aides visuelles peuvent être des images statiques sur les DAE. Un écran LED n'est pas nécessaire.

Changements à la DP:

À l'annexe A, tableau 2.1, article numéro 1D :

SUPPRIMER 1D dans son intégralité.

REMPLACER PAR: « Le DEA doit être équipé d'aides visuelles pour aider l'utilisateur à suivre les procédures d'urgence. »

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DE LA DOC DEMEURENT INCHANGÉES