



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet gel documentation system	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-190204/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-190204	Date 2018-11-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-955-75735	
File No. - N° de dossier pv955.39903-190204	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-12	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Lise	Buyer Id - Id de l'acheteur pv955
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1647 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 001

The amendment 001 is raised to answer questions from the Industry.

Questions and answers

Question 1. Our company offers a solution with chemiluminescence, fluorescence, and white light imaging, which can perform, a.) Trans-blue, b.) Trans-white, c.) Epi-white, d.) Epi-blue, e.) Epi-green, f.) Epi-Red, g.) Epi-Far red, h.) Epi near Infra-Red. Is the end user open to considering an imager that has a green LED instead of Trans-UV? Green LED will work with excitation of nucleic acids, including ethidium bromide.

Answer 1. No. The system must have the Trans-UV. This is critical with respect to quality assurance as our available back-up systems use Trans-UV.

Question 2. Our company offers a solution where separate trays are not required for each imaging mode. Only tray required would be for white light imaging. Field of view exceeds requirements. Is the end user open to considering an imager that does not image stain free gels?

Answer 2. No. The system must image stain-free gels. Most of our experiments use stain-free gels.

Question 3. Our Company offers a solution where the dimensions are 68cm x 38cm x 60 cm. Is the end user open to considering a system with the stated dimensions?

Answer 3. No. Our requested size specifications are based on the available space for the equipment. The specified height (60cm) exceeds the maximum available space height.

Question 4. Our company offers a solution where there is a 64GB hard drive, expandable to 1TB of cloud storage. The system has a fully functional touch screen and onboard image analysis software. Is the end user open to considering a system with the stated hard drive specifications?

Answer 4. No, the cloud storage is not possible given the agency security level.

Question 5. We are asking you if we can submit the C600 because of the slight differences in the required specification by the offer. Will we have to ask for some amendments?

Answer 5. Diagnostic tests that are being developed in our laboratory uses the detection methods specified in the advertisement. The specifications of the currently available backup gel documentation system must match the specifics of the newly acquiring system for the purpose of quality assurance. Therefore deviations are not acceptable.

All other terms and conditions remain the same.