



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Courriel / E-mail : mark.walton@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Analyseur de gaz | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 23240-190682/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 23240-190682 | Date 2018-11-20 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPV-903-75828 | |
| File No. - N° de dossier pv903.23240-190682 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-08 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST | |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes | |
| Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Walton, Mark | Buyer Id - Id de l'acheteur pv903 |
| Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1661 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
23240-190682/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
23240-190682

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
pv903.23240-190682

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv903
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification est émise pour diffuser les réponses aux questions des soumissionnaires tel que détaillé au-dessous.

Q1 : « L'article 1.2. - L'analyseur de gaz doit être en mesure de fonctionner avec une pression d'entrée entre 2 po-H₂O de vide et 35 lb/po² pression.....À tout de toutes nos installations d'analyseur existants pour cette analyseur de gaz naturel où un vide peut exister, l'utilisateur final avait déjà installé une pompe à compenser ce vide et permettre la pompe interne de l'analyseur à tirer un échantillon à la pression atmosphérique. Cette spécification demandant aux répondants d'aussi citer une telle pompe externe? »

R1 : Le critère de sélection des offres 1.2 demande aux soumissionnaires de fournir une system qui peut fonctionner sous vide. Dans certain cas, cela exigera une pompe externe.

Q2. « Nous avons généralement cité l'installation et la formation avec nos analyseurs, mais je ne vois pas une exigence pour l'un ou l'autre de celles-ci parmi les spécifications énumérées. Ces services sont quelque chose que je devrais énumérer comme une option dans ma réponse à cet appel d'offres? Et, le cas échéant, devrais-je supposer que cette installation et/ou de formation aura lieu à Ottawa? »

R2 : Les services d'installation et formation peuvent être incluses en option, et si tel est le cas, se tiendra à Ottawa.

Toutes autres modalités de l'APM original et de l'invitation connexe restent inchangées.