



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6A2, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet système de documentation sur gel	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-190204/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-190204	Date 2018-11-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-955-75735	
File No. - N° de dossier pv955.39903-190204	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-12	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Lise	Buyer Id - Id de l'acheteur pv955
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1647 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-190204/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-190204

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
PV955. 39903-190204

Buyer ID - Id de l'acheteur
PV955
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification 002

La modification 002 est émise afin de répondre aux questions de l'industrie.

Questions et réponses

Question 6. Il semble que la demande de proposition fait référence à l'imagerie à gel iBright, est-ce correct? Si oui, ce système est basé sur une source de lumière verte LED, et non une ampoule UV. Il ne supporte pas l'utilisation de BioRad gel sans colorant pour l'activation ou l'imagerie.

Pour la question/Réponse #5, pourriez-vous donner plus de détails sur les types de test requis?

Réponse 6. Nous ne faisons pas référence à un modèle en particulier. Nos expériences utilisent les BioRad gel sans colorant pour électrophorèse. Par conséquent, le nouveau système doit supporter l'imagerie de gel sans colorant.

Nous réalisons des immunoblots multiplexes et des dosages basés sur l'électrophorèse sur gel à une et deux dimensions. Actuellement, plusieurs tests de diagnostic sont optimisés avec des sources de lumière UV et LED, dans notre laboratoire. Pour l'assurance de la qualité, les nouveaux systèmes d'imagerie et de secours doivent supporter l'imagerie UV et doivent comporter des sources lumineuses de longueurs d'onde spécifiées

Toutes autres termes et conditions demeurent les mêmes.