



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet gel documentation system	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-190204/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-190204	Date 2018-11-29
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-955-75735	
File No. - N° de dossier pv955.39903-190204	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-12	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Lise	Buyer Id - Id de l'acheteur pv955
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1647 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
39903-190204/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
39903-190204

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
PV955. 39903-190204

Buyer ID - Id de l'acheteur
PV955
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 002

The amendment 002 is raised to answer questions from the Industry.

Questions and answers

Question 6. It appears that this RFP is referring to iBright Gel imager, correct? If so, this system is based on a Green LED light source, not a UV bulb. It do not support the use of the BioRad stain free gels for activation or imaging.

For the Question/Answer #5, if you can provide more details on the types of testing needed.

Answer 6: We were not referring to a particular model. Our experiments use BioRad Stain Free gels for electrophoresis. Therefore, the new system must support stain free gel imaging.

We conduct multiplex immunoblots and one- and two-dimensional gel electrophoresis based assays. Currently, there are several diagnostic assays being optimized with UV and LED light sources in our laboratory. For quality assurance, new and backup imaging systems must support UV imaging and must have light sources with specified wavelengths.

All other terms and conditions remain the same.