



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Portable Gas Analyzer	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A21-190209/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K8A21-190209	Date 2018-12-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-925-75728	
File No. - N° de dossier pv925.K8A21-190209	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-13	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mercier, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur pv925
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-2957 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K8A21-190209/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K8A21-190209

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
pv925.K8A21-190209

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv925
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 001

This amendment is raised to provide answers to bidder's questions

Question 1. Are there any requirements for the sample transfer line? Example (heated line, Teflon, etc.)

Answer 1. There are no requirements for the sample transfer lines.

Question 2. Are there any requirements for the exhaust duct sample probe? (temperature limits, insertion length etc.)

Answer 2. There are no requirements for the duct sample probe.

Question 3. What will the maximum time the unit be operated for continuously in hours?

Answer 3. The maximum continuous operating time will be 3 hours.

Question 4. Galvanic or Paramagnetic O2 sensor is requested. We can supply both options but there is a price difference. Can we submit both options on the same price form?

Answer 4. You may submit two offers one for each option.

All other terms and conditions of the request for proposal remain the same.