



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6A2, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Analyseur de gas portable	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A21-190209/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K8A21-190209	Date 2018-12-03
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-925-75728	
File No. - N° de dossier pv925.K8A21-190209	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-13	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Mercier, Nicolas	Buyer Id - Id de l'acheteur pv925
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-2957 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3814
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
K8A21-190209/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
K8A21-190209

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
pv925.K8A21-190209

Id de l'acheteur - Buyer ID
pv925
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Modification 001

Cette modification est émise afin de fournir les réponses aux questions des soumissionnaires.

Question 1. Est-ce qu'il a des exigences techniques pour la ligne de transfert d'échantillon ? Par exemple ligne chauffé, téflon, etc...

Réponse 1. Il n'a pas d'exigence technique pour la ligne de transfert d'échantillon

Question 2. Est-ce qu'il a des exigences techniques pour la sonde d'échantillonnage du conduit d'échappement tel que des limites de température, longueur d'insertion, etc...

Réponse 2. Il n'a pas d'exigence technique pour pour la sonde d'échantillonnage du conduit d'échappement

Question 3. Quelle est la durée maximale d'utilisation continue de l'appareil en heures?

Réponse 3. la durée maximale d'utilisation continue de l'appareil est de 3 heures.

Question 4. Vous demandez une sonde Paramagnétique ou galvanique: O2. Nous pouvons fournir les deux. Est-ce que nous pouvons fournir les deux options sur la même liste de prix.

Réponse 4. Vous pouvez soumettre deux soumissions distinctes, soit une pour chaque options.

Toutes les autres modalités et conditions demeurent inchangées