



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

E-mail/Courriel : mark.walton@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Mobile extended NG analysis	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23240-190682/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 23240-190682	Date 2018-12-06
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-903-75828	
File No. - N° de dossier pv903.23240-190682	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-08	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Walton, Mark	Buyer Id - Id de l'acheteur pv903
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1661 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment is raised to distribute answers to bidder questions, as follows:

Q1: "Is it an absolute requirement that the NG analyzer operate on DC power?"

A1: It is necessary to for the equipment to operate on DC power. If the analyzer can only accept AC power, a suitable DC to AC inverter should be provided with the equipment.

Q2: What is: Target gas, measurement range, resolution, accuracy, temperature, humidity, flow rate, pressure?

A2: As follows:

- **Resolution for each gas must be sufficient to allow the accuracy and resolution specified in the RFP.**
- **The proposed instrument will determine the flow rate. It is expected to be on the order of 0.01 to 1 LPM.**
- **Please see Part 2.1, Tables 1 and 2 for answers to the remaining questions.**

Q3: Are there any relays required?

A3: No

Q4: Does it require an analog output?

A4: No

Q5: Does it require data logging?

A5: Please see Part 2.1, Table 1, Section 4 "Software / Hardware Accessories"

Q6: Does it require a dynamic draw (pump)?

A6: Part 2.1, Table 1, Item 1.2 is asking respondents to quote a system which has the ability to handle a vacuum. In some cases this will require an external pump.

All other terms and conditions of the original solicitation remain unchanged.