



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions - TPSGC

**11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Débitmètres	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23240-190463/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 23240-190463	Date 2018-12-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-941-75996	
File No. - N° de dossier pv941.23240-190463	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-21	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martins, Christina	Buyer Id - Id de l'acheteur pv941
Telephone No. - N° de téléphone (613) 355-1973 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 001 est émise afin de fournir des réponses aux questions reçues pendant la demande de soumissions :

- Q1. Est-ce qu'une marque spécifique est désirée ?
- A1. On ne requise aucun marque spécifique. L'entrepreneur à recommander une marque appropriée.
- Q2. Si vous avez besoin de deux débitmètres, est-ce que les paramètres sont pareils pour les deux ? De combien vous en avez besoin ?
- A2. Oui, paramètres identiques. Nous avons besoin de 2 débitmètres.
- Q3. Les débits exigés ne semblent pas être correcte :
0,11 m/s (500 N.L/min dans un tuyau de 12 po)
à
143 m/s (70 000 N.L/min dans un tuyau de
- A3. Les débits volumétriques sont approximatifs.
- Q4. Est-ce le tuyau mesure 12 po ou 4 po ?
- A4. Les débitmètres vont être utiliser à plusieurs emplacements et avec plusieurs tailles de tuyau au cours de notre projet. Ceci n'est pas un débitmètre en ligne, la sonde de débitmètre doit s'insérer dans un port de 1 po.
- Q5. S'il s'agit d'un tuyau avec un diamètre de 12 po, est-ce que vous avez besoin d'un jonction NPT (pas de tuyauterie) ou un jonction avec raccordement à brides ?
- A5. Ceci pas un débitmètre en ligne, la sonde de débitmètre doit s'insérer dans un port de 1 po style NPT.
- Q6. Est-ce que le debit exigé est de 0,11 m/s à 143 m/s ?
- A6. Oui.
- Q7. Quel est le fluid ? (Eau, des eaux usées, ou gaz naturel ?)
- A7. Le fluide est le gaz de torchère. La composition sera variable, donc la composition ne doit pas être requis pour mesurer le débit.
- Q8. Quelle technologie est désirée ? (Capteur magnétique ou à turbine ?)
- A8. On ne requise aucun technologie spécifique, pourvu qu'il répond aux spécifications

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.