



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY
REQUIREMENT**

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet Digital Radiography Retrofit	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6369-19A023/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client W6369-19A023	Date 2018-12-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-915-75655	
File No. - N° de dossier pv915.W6369-19A023	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-04	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacCuaig, Shannon	Buyer Id - Id de l'acheteur pv915
Telephone No. - N° de téléphone (613) 697-0956 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 006 vise à répondre aux questions.

Question 18:

Est-ce que 40 références doivent être 40 sites / clients différents? Ou il peut s'agir de quelques clients avec plusieurs mises à niveau chacune, donc le nombre total de mises à niveau est de 40? soit quatre clients avec 10 mises à niveau chacun.

Réponse 18:

Veuillez voir modification 004, réponse #10.

Question 19 :

La nouvelle demande de référence signifie-t-elle que l'exigence d'installation sur un Proteus a été levée? Ainsi, toute mise à niveau de détecteur peut être utilisée comme référence, ou uniquement les mises à niveau du système GE Proteus doivent être indiquées?

Réponse 19 :

Veuillez voir modification 004, réponse #10.

Question 20:

S'il est nécessaire d'avoir de l'expérience dans l'installation d'un système numérique, une installation complète d'un système numérique compte-t-elle comme référence ou doit-elle uniquement être une installation de mise à niveau du détecteur uniquement?

Réponse 20:

Veuillez voir modification 004, réponse #10.

Question 21 :

Pouvez-vous préciser comment les propositions techniques et financières seront évaluées pour les annexes A et B? Existe-t-il un critère de notation pouvant être fourni à titre de référence

Réponse 21:

Selon l'article 4.2 - Méthode de sélection, «Une soumission doit respecter toutes les exigences de la demande de soumissions pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour attribution d'un contrat. »Tous les critères techniques doivent être respectés.

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES