



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions\Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Building S-111, Rm C-114

101 Menin Rd. Garrison Petawawa

Petawawa

Ontario

K8H 2X3

Bid Fax: (613) 687-6656

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Veuillez adresser les demandes de renseignements à
l'autorité contractante à
wayne.cook@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Supply
and Services Operation
Petawawa Procurement
Building S-111, Rm C-114
101 Menin Rd. Garrison Petawawa
Petawawa
Ontario
K8H 2X3

Title - Sujet Pompes à perfusion de grand volume	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6369-18A034/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client W6369-18A034	Date 2019-01-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PET-906-1545	
File No. - N° de dossier PET-8-49032 (906)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-21	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Cook, Wayne	Buyer Id - Id de l'acheteur pet906
Telephone No. - N° de téléphone (613) 401-0623 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 687-6656
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Central Medical Equipment Depot (CMED) 105 Montgomery Road, Bulding BB-104A Canadian Forces Garrison Petawawa Petawawa, Ontario K8H 2X3	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6369-18A034/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6369-19A034

N° de la modif - Amd. No.
004
File No. - N° du dossier
PET-8-49032

Id de l'acheteur - Buyer ID
PET906
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Modification n° 4

Pompes à perfusion de grand volume

La présente modification vise à répondre à une question :

Question :

Après avoir examiné les critères établis dans votre demande de propositions pour des pompes à infusion de grand volume, nous avons remarqué qu'un seul fournisseur, détenant une licence de Santé Canada, sera en mesure de respecter les critères relatifs au poids maximum et au certificat de navigabilité. Ces critères excluent certaines technologies de pointe dans le marché de la perfusion de grand volume et des logiciels de réduction des erreurs de dosage.

Est-ce que le Canada envisagerait la possibilité de supprimer les critères relatifs au poids et au certificat de navigabilité afin de favoriser la participation d'un plus grand nombre de fournisseurs?

Réponse :

Non. Le ministère de la Défense nationale ne supprimera pas les critères relatifs au poids et au certificat de navigabilité. Le ministère de la Défense nationale accepterait une pompe à perfusion de grand volume avec un poids maximal de 2,5 kilogrammes, y compris la batterie rechargeable. En raison de la nature des opérations militaires, le certificat de navigabilité est une exigence obligatoire.