



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7^e étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

Title - Sujet Rheometer	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01B30-190386/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01B30-190386	Date 2019-01-16
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-670-15167	
File No. - N° de dossier MTA-8-41236 (670)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-30	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ibrahimy, Saad	Buyer Id - Id de l'acheteur mta670
Telephone No. - N° de téléphone (514) 207-9568 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
01B30-190386/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01B30-19-0386

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
MTA-8-41236

Buyer ID - Id de l'acheteur
mta670
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 001

THIS AMENDMENT IS TO POST A SERIES OF QUESTIONS AND ANSWERS CONCERNING THIS REQUEST FOR PROPOSAL.

Q1: At the Annex A, section 2.7, *The inertia of the rheometer's motor must be less than $20\mu\text{N.m.s}^2$* . Do you accept an inertia of less than $25\mu\text{N.m.s}^2$?

A1: Yes, an inertia of less than $25\mu\text{N.m.s}^2$ is accepted.

Q2: At Annex C, criteria No. 4, *The rheometer's frequency must have a minimum range of $1.0\text{E-}7$ to 600 rad/s* . Is $1.0\text{E-}7$ in rad/s or in Hz?

A2: The rheometer's frequency is in Hz.

Q3: At Annex C, criteria No. 4, if in rad/s, do you accept a minimum frequency of $6.28\text{E-}7\text{rad/s}$?

A3: Yes, a minimum frequency of $6.28\text{E-}7\text{rad/s}$ is accepted.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME.