



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Evaporative Emissions Enclosure	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A21-190184/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client K8A21-190184	Date 2019-01-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-904-75974	
File No. - N° de dossier pv904.K8A21-190184	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-30	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Frigon, Francine	Buyer Id - Id de l'acheteur pv904
Telephone No. - N° de téléphone (819) 743-4279 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification # 002 a pour but d'étendre la date de fermeture de l'invitation et de répondre aux questions reçues de l'industrie comme suit:

1) A la page 1 de l'invitation – L'invitation prend fin:

Enlever: 2019-01-23 à 02:00 PM EST

Insérer: 2019-01-30 à 02:00 PM EST

2) Questions et Réponses:

Q1. Fournissez-vous une source électrique à proximité?

R1. Les exigences électriques pour le SHED sont disponibles sur le site du bâtiment. Les connexions électriques seront fournies par le client pour répondre aux exigences du soumissionnaire retenu.

Q2. Existe-t-il un système de ventilation dans lequel la purge sera évacuée (conduit de 12 po de diamètre du SHED. Est-il ventilé à l'extérieur? Y a-t-il un mur extérieur à proximité?

R2. L'accès au système de ventilation pour la connexion au SHED sera fourni par le client afin de répondre aux exigences du soumissionnaire retenu.

Q3. Normalement, nous proposons un travail pour lequel nous installons le SHED, mais le raccordement final à l'air, à l'électricité et à la ventilation est effectué par le client ou son représentant. En règle générale, cela fait partie d'un projet plus vaste et le client a ses entrepreneurs en place pour les liens du bâtiment avec l'équipement acheté. Nous ne faisons pas de travaux concrets, ne conduisons pas les conduits, les conduites d'air, etc. Nous avons un SHED fonctionnel qui (avec un minimum d'assemblage pour une mini-application) est un "plug-n-play". En d'autres termes, le client le branche et le démarre. Nous serons là pour mettre en service le SHED (le démarrer et procéder aux contrôles de qualité et d'achat, les former, etc.). Veuillez confirmer ce qui est disponible sur le site en termes d'air, d'électricité, de ventilation, etc. nécessaires.

R3. Tous les services nécessaires seront fournis par le client pour le fonctionnement du SHED en fonction des exigences / spécifications du soumissionnaire retenu.

Q4. Nous essayons de déterminer l'emplacement des clients potentiels. Nous avons besoin d'ouvertures de portes d'au moins 90 pouces de largeur sur 106 pouces de hauteur (109 pouces est mieux). S'il vous plaît confirmer si l'espace est suffisant

R4. L'emplacement du client répond aux exigences d'espace mentionnées ci-dessus - «au moins 90 pouces de largeur sur 109 pouces de hauteur».

Q5. En ce qui concerne les modes de soumission des offres, il existe un numéro de soumission de télécopie, à savoir "819-997-9776" sur la première page du document d'appel d'offres, mais à la page 4, il est indiqué qu'en raison de la nature de la demande de soumissions, les offres transmises TPSGC ne sera pas accepté. Je me demandais si vous accepteriez notre offre présentée par télécopieur.

A5. Non. Les soumissions transmises par télécopieur à TPSGC ne seront pas acceptées.

TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE L'INVITATION DEMEURENT LES MÊMES.