



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Evaporative Emissions Enclosure	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A21-190184/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client K8A21-190184	Date 2019-01-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPV-904-75974	
File No. - N° de dossier pv904.K8A21-190184	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-30	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Frigon, Francine	Buyer Id - Id de l'acheteur pv904
Telephone No. - N° de téléphone (819) 743-4279 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
K8A21-190184/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
K8A21-190184

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
pv904.K8A21-190184

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv904
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification # 003 a pour but de répondre aux questions additionnelles reçues de l'industrie comme suit:

Questions et Réponses:

Q6. Souhaitez-vous confirmer si vous évalueriez une offre proposant un système de 2,7 m de long x 2,0 m de large x 1,8 m de haut, répondant à toutes les autres exigences fonctionnelles?

R6. Un système ayant des dimensions de 2,7 m de long x 2,0 m de large x 1,8 m de hauteur et répondant à toutes les autres spécifications fonctionnelles sera évalué.

Q7. En vous référant à la section 1.h du document de sollicitation, pourriez-vous préciser pourquoi le client a l'intention d'utiliser RTD et s'il accepte les thermocouples de type J comme capteur équivalent?

R7. Les thermocouples de type J ne seront pas considérés comme remplaçant le RTD du SHED, car les capteurs de température RTD sont considérés comme plus précis et reproductibles, ce qui est important pour cette application.

TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE L'INVITATION DEMEURENT LES MÊMES.