



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC**

**11 Laurier St./ 11 rue, Laurier**

**Place du Portage, Phase III**

**Core 0B2 / Noyau 0B2**

**Gatineau, Québec K1A 0S5**

**Bid Fax: (819) 997-9776**

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Scientific, Medical and Photographic Division /  
Division de l'équipement scientifique, des produits  
photographiques et pharmaceutiques  
L'Esplanade Laurier  
140 O'Connor Street,  
East Tower, 7th Floor  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Evaporative Emissions Enclosure	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> K8A21-190184/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> K8A21-190184	<b>Date</b> 2019-01-23
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$SPV-904-75974	
<b>File No. - N° de dossier</b> pv904.K8A21-190184	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-30</b>	<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Frigon, Francine	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pv904
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 743-4279 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
K8A21-190184/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
K8A21-190184

Amd. No. - N° de la modif.  
003  
File No. - N° du dossier  
pv904.K8A21-190184

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pv904  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Amendment # 003 is raised to answer additional questions received from industry as follow:**

**Questions and Answers:**

**Q6.** Would you please confirm if you will evaluate a bid offering a system with 2.7m Long x 2.0m Wide x 1.8m high, meeting all other functional requirements?

**A6.** A system with dimensions 2.7 m long x 2.0 m wide x 1.8 m high and meeting all other functional specifications will be evaluated.

**Q7.** With reference to section 1.h of the solicitation document, could you please clarify why the client have intention to use RTD and whether they accept type J thermocouples as an equivalent sensor?

**A7.** Type J thermocouples will not be considered as a replacement for the RTD for the SHED, as RTD temperature sensing devices are considered to be more accurate and repeatable which is important for this application.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE SOLICITATION DOCUMENT REMAINS THE SAME.**