



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Système de micro-identification	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0046-195118/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W0046-19-5118	Date 2019-01-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-555-7729	
File No. - N° de dossier KIN-8-50187 (555)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-26	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Webster, Sean	Buyer Id - Id de l'acheteur kin555
Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8843 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0046-195118/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0046-19-5118

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
KIN-8-50187

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN555
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification 001 – Système de micro-identification est publiée en réponse aux questions des soumissionnaires et les réponses du Canada.

**Référence: Annexe A, 3.1 Spécifications techniques du système de micro-identification 6.
Platine motorisée automatisée**

Q1: Étant donné que la taille maximale d'un palet est de 50,8 mm (2 "), comme spécifié dans la spécification technique 3.1 (11), serait-il possible de modifier la spécification technique 3.1 (6) à "Platine motorisée automatisée, minimum 100x60mm "?

R1: La platine motorisée de 100 x 100 mm (mesures X-Y) serait considérée comme une taille minimale. Outre les spécimens montés sur la rondelle, notre laboratoire effectue des tests sur des fragments de museau, de culasse, coques métalliques et autres types de fragments n'étant pas montés en des rondelles. Ainsi, tout stade inférieur à 100 x 100 mm serait considéré comme insuffisant pour supporter de tels fragments.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES