



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Système de micro-identification	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0046-195118/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W0046-19-5118	Date 2019-02-01
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-555-7729	
File No. - N° de dossier KIN-8-50187 (555)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-26	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Webster, Sean	Buyer Id - Id de l'acheteur kin555
Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8843 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0046-195118/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0046-19-5118

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
KIN-8-50187

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN555
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification 002 – Système de micro-identification est publiée en réponse aux questions des soumissionnaires et les réponses du Canada.

Référence: Annexe A, 3.1 Spécifications techniques du système de micro-identification 6. Platine motorisée automatisée

Q1: La taille demandée de 100 x 100 mm pour la platine motorisée est-elle requise pour la surface totale de la table ou la plage de fonctionnement?

Q2 : Accepteriez-vous une platine avec une surface de 150x150mm et une portée opérationnelle de 100x60mm?

R1&R2: En réponse aux deux questions 1 et 2 - Annexe A, 3.1: La platine motorisée minimale de 100x100mm signifie que la course minimale est de 100x100mm. En raison de la grande taille des échantillons (pouvant dépasser 2 pouces), la course minimale de la platine dans les directions X et Y est essentielle pour pouvoir tester la totalité de l'échantillon. Les pénétrateurs à microdureté sont disponibles avec des platines beaucoup plus grandes, mais nous considérons que 100mmx100mm (X-Y) est le minimum absolu, à la fois en dimensions et en déplacements, pour nos besoins.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES