



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3  
Bid Fax: (613) 545-8067

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3

<b>Title - Sujet</b> Microhardness Testing System	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W0046-195118/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W0046-19-5118	<b>Date</b> 2019-02-01
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$KIN-555-7729	
<b>File No. - N° de dossier</b> KIN-8-50187 (555)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-02-26</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Webster, Sean	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> kin555
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 545-8843 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (613) 545-8067
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> (type or print) <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
W0046-195118/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
W0046-19-5118

Amd. No. - N° de la modif.  
002  
File No. - N° du dossier  
KIN-8-50187

Buyer ID - Id de l'acheteur  
KIN555  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Amendment 002** – Microhardness Testing System is being issued in response to Offeror's questions and Canada's responses.

---

**Reference: Annex A, 3.1 Automatic Microindentation System Technical Specifications f) Automated Motorized Stage**

Q1: Is the requested size of 100 x 100mm for the motorized stage the requirement for the total surface of the table or the operating range?

Q2: Would you accept a stage with 150x150mm area and an operative range of 100x60mm?

A1&A2 In reply to both questions 1 & 2 regarding Annex A, 3.1: The minimum 100x100mm motorized stage means that the minimum travel is 100x100mm. Because of potentially larger (than 2 inch) test pieces/specimens, the minimum travel of the stage in both X and Y directions is critical to being able to test the entire sample. Microhardness indenters are available with much larger stages, but we consider 100mmx100mm (X-Y) to be the absolute minimum, both in dimensions and travel, for our needs.

---

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**