



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Microhardness Testing System	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0046-195118/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W0046-19-5118	Date 2019-02-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-555-7729	
File No. - N° de dossier KIN-8-50187 (555)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-26	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Webster, Sean	Buyer Id - Id de l'acheteur kin555
Telephone No. - N° de téléphone (613) 545-8843 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
W0046-195118/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
W0046-19-5118

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
KIN-8-50187

Buyer ID - Id de l'acheteur
KIN555
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 003 – Microhardness Testing System is being issued in response to Offeror's questions and Canada's responses.

**Reference: Annex A, 3.1 Automatic Microindentation System Technical Specifications j)
Calibration log**

- Q1: Can you clarify this requirement in a bit more detail as to what the end user's needs are as it pertains to logging of calibration values, etc.
- A1: The hardware/software must be able to log and recall all calibration values acquired/performed, from the initial installation of the machine - when it is calibrated as per Industry-Standard NIST/ASTM on at least one Vickers (HV) scale - and all subsequent calibrations performed during routine operations.
-

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED