



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Microplate Reader	
Solicitation No. - N° de l'invitation K8A30-190861/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client K8A30-190861	Date 2019-02-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-957-76485	
File No. - N° de dossier pv957.K8A30-190861	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-03	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Granger, Dominique	Buyer Id - Id de l'acheteur pv957
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1633 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment is raised to:

1. Answer questions from suppliers
2. Make a change to the mandatory technical requirements in response to the answers provided.

1. Questions and answers

In Annex A, the following is indicated: *"Must be temperature controlled (4° to 40°C)"*.

Q.1 Please confirm if this should read "ambient +4°C to 40°C" as this is the typical temperature control range for readers of this type.

A.1 We should have indicated: *"Must be temperature controlled (ambient +4° to 40°C)"*.

Q.2 Would you accept: Ambient +5 °C up to 42 °C?

A.2 Yes, we accept Ambient +5 °C up to 42 °C

2. Under Annex A:

DELETE:

- Must be temperature controlled (4° to 40°C).

INSERT:

- Must be temperature controlled (ambient +5°C to 42°C or better)

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THIS SOLICITATION REMAIN UNCHANGED