



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|---|---|
| Title - Sujet Microplate Reader | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation K8A30-190861/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client K8A30-190861 | Date 2019-02-22 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-957-76485 | |
| File No. - N° de dossier pv957.K8A30-190861 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-04-03 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Granger, Dominique | Buyer Id - Id de l'acheteur pv957 |
| Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1633 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

N° de l'invitation - Sollicitation No.
K8A30-190681/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
K8A30-190681

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
pv957. K8A30-190681

Id de l'acheteur - Buyer ID
pv957
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Cette modification a pour but de :

1. Répondre à des questions de soumissionnaires
2. Modifier les exigences techniques obligatoires en fonction des réponses fournies.

1. Questions et réponses

Sous l'Annexe A, l'exigence suivante est indiquée: « *Possibilité de contrôler la température (4° à 40°C)* ».

Q.1 Veuillez confirmer si l'exigence aurait dû être "Possibilité de contrôler la température (ambiante +4° à 40°C) puisque c'est l'intervalle de température attendue pour ce type de lecteur.

R.1 Nous aurions effectivement dû indiquer : « *Possibilité de contrôler la température (ambiante +4° à 40°C)* ».

Q.2 Est-ce que la température ambiante +5 °C à 42 °C est acceptable?

R.2 Oui, nous acceptons ambiante +5 °C à 42 °C

2. Sous l'Annexe A :

SUPPRIMER :

- Possibilité de contrôler de la température (4° à 40°C).

INSÉRER :

- Possibilité de contrôler la température (ambiante de +5 °C à 42 °C ou mieux)

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA SOLICITATION DEMEURENT INCHANGÉES