



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6
FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet système de micro-machinage	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31026-209159/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31026-209159	Date 2019-08-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTA-070-15444	
File No. - N° de dossier MTA-9-42099 (070)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-09-30	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Therien, Renée-Ann	Buyer Id - Id de l'acheteur mta070
Telephone No. - N° de téléphone (514) 703-4947 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 001

Veillez prendre connaissance des QUESTIONS & RÉPONSES concernant cette demande :

Question 1 : Pouvons-nous savoir pourquoi vous spécifiez 450mm ? Nous ne voyons pas l'avantage de cette longueur pour des applications microfluidiques. (Voir point 3.5 de l'annexe C)

Réponse : Certains de nos projets avec des clients importants de l'industrie requièrent le machinage de canaux microfluidiques précis sur de grandes surfaces (300 à 450mm de longueur). Nous machinons aussi des supports pour nos dispositifs microfluidiques qui nécessitent une grande surface de travail.

Question 2 : Est-ce que le critère 208 VAC simple phase est correct ? Habituellement, les machines-outils nécessitent 3 phases. (Voir point 2.0 de l'annexe A)

Réponse : Nous recherchons un système compact parmi ce qui est disponible sur le marché. Ces systèmes fonctionnent généralement sur un courant simple phase, ce qui minimise les modifications nécessaires à nos installations pour la mise en service de l'équipement.

Question 3 : À quel point la surface disponible pour l'équipement est critique ? (Voir point 2.0 de l'annexe A)

Réponse : L'espace disponible pour installer l'équipement est limité et nous recherchons le système de plus compact sur le marché qui rentre dans nos critères.

TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.