



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

| | |
|---|---|
| Title - Sujet système d'épuration d'échantillon d | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation HT270-192912/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client HT270-192912 | Date 2019-10-08 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-961-77711 | |
| File No. - N° de dossier pv961.HT270-192912 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-23 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT | |
| F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bellerdine, Chad | Buyer Id - Id de l'acheteur pv961 |
| Telephone No. - N° de téléphone (819) 639-8145 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

La modification no. 001 est émise afin d'apporter des publier les réponses aux questions reçues en date.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1.

O2 : Le SCG doit comporter une pompe à seringue qui peut fournir un volume minimal de 10 µl à 25 ml en une course.

Le système SCG proposé est fourni avec une seringue de 10 ml. Des seringues de différentes tailles peuvent être installées sur la pompe pour respecter la plage de volume spécifiée. Est-ce acceptable?

R1. Le Canada n'est pas en position d'évaluer la réponse proposée par un soumissionnaire au cours de la période de demande de soumissions.

Q2.

O7 : Le système de pompage isocratique doit présenter un débit variable de 10 µl/min (ou moins) à 10 ml/min (ou plus).

Le système SCG proposé à un débit variable de 50 µL / min à 10 mL / min. Est-ce acceptable?

R2. Le Canada n'est pas en position d'évaluer la réponse proposée par un soumissionnaire au cours de la période de demande de soumissions.

Q3. En référence à 5.2.2 Attestation du fabricant original du matériel (FOM), nous sommes intéressés à participer à cette sollicitation. L'Attestation du fabricant original du matériel (FOM) ne permet pas à tous les fournisseurs qualifiés de soumissionner pour cette opportunité. Afin d'être compétitifs pour tous les fournisseurs, nous vous demandons de ne pas exiger d'Attestation du fabricant original du matériel (FOM) et de le supprimer de la demande de soumissions.

R3 Le Canada a examiné la requête et l'exigence de l'Attestation du fabricant original du matériel (FOM) demeure telle qu'indiquée dans la demande de soumissions.

TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION DEMEURENT INCHANGÉS.