



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place / Place du Canada
9700 Jasper Ave. / 9700 ave. Jasper
Suite 100 / pièce 1000
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
ATB Place North Tower
10025 Jasper Ave./10025 ave Jasper
5th floor/5e étage
Edmonton
Alberta
T5J 1S6

Title - Sujet Elemental Analyzer	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01582-202017/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01582-202017	Date 2019-10-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-404-11697	
File No. - N° de dossier EDM-9-42099 (404)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-11-05	
Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lutz, Paige	Buyer Id - Id de l'acheteur edm404
Telephone No. - N° de téléphone (587) 335-8227 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
01582-202017/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01582-202017

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
EDM-9-42099

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM404
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

This amendment 001 is raised to amend Solicitation 01582-202017/A as follows:

On page 12 of 18, under **Annex A – Compliance Matrix:**

DELETE:

1.1	Analyzer must be able to measure carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N), and sulfur (S) in the gas forms CO ₂ , H ₂ O, N ₂ , and SO ₂ respectively via a single thermal conductivity detector.		
1.2	Must be upgradable to analyze oxygen (O) and chlorine (Cl)		

INSERT:

1.1	Analyzer must be able to measure carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N), sulfur (S), oxygen (O), and chlorine (Cl) in the gas forms CO₂, H₂O, N₂, SO₂, O₂, and Cl₂ respectively via a single thermal conductivity detector		
-----	---	--	--

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME AND ARE IN FULL EFFECT