



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Pulse Amplitude Fluorescence System	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31028-200172/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31028-20-0172	Date 2019-11-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-406-10806	
File No. - N° de dossier HAL-9-83098 (406)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-04	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson, Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur hal406
Telephone No. - N° de téléphone (902) 403-6236 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Solicitation No.
31028-200172/A
N° de réf. du client - Client Ref. No.
31028-200172/A

N° de la modif - Amd. No.
001
File No. - N° du dossier
HAL-9-83098

Id de l'acheteur - Buyer ID
HAL406
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La modification 001 est généré pour répondre aux questions soulevées après la publication de la demande de soumissions.

Spécifications techniques obligatoires #3 (ANNEXE «E) – Le système proposé doit être capable d'analyser les émissions de fluorescence provenant d'excitations PSII et PSI.

Q1 : Pouvez-vous accepter un système qui est en mesure d'analyser les émissions de fluorescence PSII excitation seulement?

R1 : Non, il doit exécuter les deux.

Q2: Allez-vous accepter uniquement les manuels d'exploitation en anglais comme en français des manuels d'exploitation ne sont pas disponibles

R2 : Le guide d'opération en anglais est obligatoire, le guide d'opération en français est optionnel.

Toutes les autres modalités et conditions demeurent les mêmes.