



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

FAX pour soumissions: (514) 496-3822

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Place Bonaventure, portail Sud-Oue

800, rue de La Gauchetière Ouest

7<sup>e</sup> étage, suite 7300

Montréal

Québec

H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Moniteur cardiaque de chevet	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 21301-207206/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 21301-207206	<b>Date</b> 2019-11-04
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTA-340-15500	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTA-9-42101 (340)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-12-02</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> Specified Herein - Précisé dans les présentes	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Doucette, Andy	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mta340
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 605-3829 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (514) 496-3822
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
21301-207206/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
21301-20-7206

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
MTA-9-42101

Buyer ID - Id de l'acheteur  
MTA-340  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

## **MODIFICATION 001:**

### **LA DEMANDE D'OFFRE À COMMANDES EST MODIFIÉE COMME SUIT :**

---

Le but de cette modification est de publier une question et réponse.

\*\*\*\*\*

#### **Question :**

Nos moniteurs de chevet autonomes peuvent stocker jusqu'à 48 heures.

Conformément à la section 2.9, page 15 du document de spécification de la demande de proposition, pourriez-vous réviser l'exigence de stockage des données à 48 heures au lieu de 3 jours?

#### **Réponse :**

Afin de répondre aux exigences opérationnelles spécifiques de Service Correctionnel du Canada, nous désirons garder le critère tel que demandé (Annexe A, section 2.0, point 2.9).

\*\*\*\*\*

**TOUTES LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.**