



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

| | |
|---|--|
| Title - Sujet Plant Growth Chambers | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation 01581-200477/A | Amendment No. - N° modif. 001 |
| Client Reference No. - N° de référence du client 01581-200477 | Date 2019-11-14 |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$EDM-405-11717 | |
| File No. - N° de dossier EDM-9-42132 (405) | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-17 | Time Zone Fuseau horaire Mountain Standard Time MST |
| F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/> | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Khalid, Omar | Buyer Id - Id de l'acheteur edm405 |
| Telephone No. - N° de téléphone (587) 338-9051 () | FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510 |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | |
|--|--|
| Delivery Required - Livraison exigée | Delivery Offered - Livraison proposée |
| Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur | |
| Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | |
| Signature | Date |

Solicitation No. - N° de l'invitation
01581-200477/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
01581-200477

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
EDM-9-42132

Buyer ID - Id de l'acheteur
EDM405
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La présente modification 001 vise à répondre aux questions suivantes de l'industrie et à modifier l'invitation 01581-200477/A comme suit :

Question 1

Quel est la norme en vigueur actuellement pour la purification ou la filtration de l'eau? L'osmose inversée ou la déminéralisation?

Réponse 1

Nous utilisons une eau déminéralisée par osmose inversée (pour les laboratoires).

L'invitation est modifiée comme suit :

À la page 13 sur 21, à l'annexe A – Matrice de conformité :

Supprimer :

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|
| 2.2 | L'extérieur doit être en acier galvanisé ou en aluminium revêtu d'une peinture-émail cuite au four. | O | | | |
|-----|---|---|--|--|--|

Insérer :

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|
| 2.2 | L'extérieur doit être en acier galvanisé ou en aluminium revêtu d'une peinture-émail cuite au four ou d'un électroplacage avec fini de zinc. | O | | | |
|-----|--|---|--|--|--|

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES ET EN VIGUEUR