



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Glove Boxes w/stand	
Solicitation No. - N° de l'invitation HT282-193175/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client HT282-193175	Date 2019-11-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-941-77883	
File No. - N° de dossier pv941.HT282-193175	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-02	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Martins, Christina	Buyer Id - Id de l'acheteur pv941
Telephone No. - N° de téléphone (613) 355-1973 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
HT282-193175/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
HT282-193175

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
pv941.HT282-193175

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv941
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 002 has been raised to answer the following question:

- Q2. Requirement No. 14 says the glove box must be equipped with ULPA filter. However requirements no. 5 and 6, and Part 2.1 Item No. 1 indicate requirements for having HEPA filters. Can you please clarify, are HEPA filters or ULPA filters needed?
- A2. A HEPA filter is required for one glove box (the one to be installed in the genetic toxicology lab) and an ULPA filter is required for the glove box that will be installed in the nanotoxicology lab.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS IN THE RFP REMAIN UNCHANGED.