



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Système d'étalonnage des pipettes	
Solicitation No. - N° de l'invitation H4091-193112/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client H4091-193112	Date 2019-11-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PV-955-77888	
File No. - N° de dossier pv955.H4091-193112	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-09	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Lise	Buyer Id - Id de l'acheteur pv955
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1647 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 001

La modification 001 vise à répondre aux questions de l'industrie et à prolonger la date de clôture de la demande de propositions.

Questions et réponses

Question 1. Est-ce que le Laboratoire de la sécurité des produits modifierait la DP pour y inclure une autre solution qui répondrait aux exigences énoncées et les dépasserait?

- a. Nous disposons d'un système d'étalonnage de pipettes qui répond aux « objectifs du besoin », que l'on désigne par le terme « exigences » dans la présente DP et la norme ISO/CEI 17025:2017. Cependant, notre solution n'utilise pas la méthode gravimétrique classique.
- b. Comment souhaiteriez-vous que nous soumettions notre proposition si la DP ne peut être modifiée?

Réponse 1.

- a. Notre méthode d'essai actuelle est fondée sur la méthode gravimétrique classique. Si l'on changeait de méthode d'essai, il faudrait former notre personnel en conséquence, ce qui aurait une incidence sur la productivité de notre laboratoire. La méthode gravimétrique que nous utilisons répond à nos besoins, et ce, depuis plusieurs années.
- b. La modification de la DP n'est pas envisageable pour le moment en raison des contraintes de temps.

Question 2. Le Laboratoire de la sécurité des produits serait-il ouvert à l'idée d'assister à une démonstration de notre système?

Réponse 2. Non, la DP est déjà lancée et la livraison est prévue d'ici la fin mars 2020. Si l'on se fie à l'échéancier et à l'état d'avancement d'un certain nombre de contrats, il n'est pas garanti que nous concluons cet achat dans le temps restant.

Question 3. Pouvez-vous fournir un inventaire des pipettes que vous possédez (marque, modèle, volume, volumes à tester)?

- a. À canal simple, à 8 canaux et à 12 canaux?

Réponse 3. Nous avons 30 pipettes étalonnées. Marque : Eppendorf; 100 µL à 10 ml (plus 20 autres pipettes de différents volumes qui sont conservées).

- a. Il s'agit uniquement de pipettes à canal simple.

Solicitation No. - N° de l'invitation
H4091-193112/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
H4091-193112

Amd. No. - N° de la modif.
001
File No. - N° du dossier
PV955. H4091-193112

Buyer ID - Id de l'acheteur
PV955
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Question 4. Avez-vous besoin d'une solution fonctionnant avec des pipettes multicanaux? **Non.**

a. Avez-vous un inventaire de pipettes multicanaux?

Réponse 4. Non

a. Non

Question 5. Avez-vous besoin de services de réparation/entretien pour l'inventaire de pipettes?

Réponse 5. Les besoins concernant de tels services seraient très limités (moins d'une fois par année).

Question 6. Pouvez-vous me dire si la date de soumission sera prolongée?

Réponse 6. Une prolongation jusqu'au 9 décembre 2019 est accordée.

Question 7. La DDP indique qu'ils souhaitent qu'un système fonctionne avec Windows 7; Windows 7 ne sera plus pris en charge à compter du 14 janvier 2020 et devra fonctionner avec Windows 10. S'agit-il d'un problème de sécurité que Santé Canada doit prendre en compte?

Réponse 7. L'ordinateur que nous utilisons actuellement fonctionne sous Windows 7 et nous n'envisageons pas de le mettre à jour pour le moment. Nous avons un plus grand nombre d'instruments fonctionnant actuellement avec Windows 7.

Question 8. Balances: Est-ce que Santé Canada ont besoin d'un protocole SCIS permettant à la balance de communiquer avec les ordinateurs?

Réponse 8. Non, ce n'est pas nécessaire pour cette application. Conformément aux spécifications, nous utilisons une connexion de série standard pour la communication.

SUPPRIMER:

L'invitation prend fin à:
14h00 le 2019-12-02 Fuseau horaire: HNE

INSÉRER:

L'invitation prend fin à:
14h00 le 2019-12-09 Fuseau horaire: HNE

Toutes autres termes et conditions demeurent les mêmes.