



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Spectroscopic Radiological	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6399-19KF23/B	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client W6399-19KF23	Date 2019-12-02
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-956-77942	
File No. - N° de dossier pv956.W6399-19KF23	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-12	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Courteau, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur pv956
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1614 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6399-19KF23/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6399-19KF23/B

N° de la modif - Amd. No.
002
File No. - N° du dossier
PV956. W6399-19KF23/B

Id de l'acheteur - Buyer ID
PV956
N° CCC / CCC No. / N° VME - FMS

La modification 002 vise à clarifier les indices supérieurs figurant à l'annexe A - Critères d'évaluation techniques obligatoires, comme suit:

Preuve de conformité et confirmations écrites spécifiées dans le tableau 1. Les types de preuve de conformité utilisés dans la présente évaluation sont les suivants.

- I. Confirmation écrite ⁽¹⁾: une déclaration écrite du soumissionnaire, signée par un représentant autorisé de l'entreprise, garantissant qu'il se conforme pleinement à l'exigence identifiée dans la colonne "Exigence" du tableau 1. Le Canada se réserve le droit de vérifier les déclarations faites dans le formulaire. Confirmation;
- II. Description des éléments de preuve ⁽²⁾: le soumissionnaire doit indiquer le rendement du système proposé et fournir une description de la manière dont les critères d'évaluation sont remplis, ainsi que des éléments de preuve sous la forme d'extraits pertinents des spécifications du produit, manuels, photos, captures d'écran, exemples. sorties de données, certificats, rapports de test ou autres pièces justificatives. Ceci sera accompagné d'une explication qui confirme la pleine conformité avec le critère.
- III. Résultats des tests de performance ⁽³⁾: le soumissionnaire doit fournir une analyse en laboratoire du produit offert, montrant les résultats de tests complets, ou un résumé des résultats de tests complets, confirmant que le produit satisfait à l'exigence spécifiée.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES