



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Spectroscopic Radiological	
Solicitation No. - N° de l'invitation W6399-19KF23/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W6399-19KF23	Date 2019-12-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-956-77942	
File No. - N° de dossier pv956.W6399-19KF23	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-12	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Courteau, Robert	Buyer Id - Id de l'acheteur pv956
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1614 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6399-19KF23/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6399-19KF23/B

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
PV956. W6399-19KF23/B

Id de l'acheteur - Buyer ID
PV956
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

La modification 003 vise à répondre aux questions des soumissionnaires:

Question 1:

Se référant à la page 26 de 35, Article 2.2.1 (c) ii « Doit avoir une sensibilité aux neutrons thermiques de 4 cps/nv, ou mieux »

Voulez-vous s'il vous plait confirmer que la sensibilité aux neutrons de 2.6 cps/nv c'est acceptable?

Réponse 1 :

Non.

Question 2:

Se référant à la page 28 de 35, Article 2.2.3 (a) « Doit disposer d'une base de données personnalisable, c'est-à-dire permettant à l'utilisateur d'ajouter de nouveaux spectres isotopiques »

Puisque ce n'est pas possible d'autoriser l'opérateur à ajouter une bibliothèque d'isotopes, voulez-vous s'il vous plait omettre l'exigence 2.2.3 (a)?

Réponse 2 (MODIFICATION AUX CRITÈRES D'ÉVALUATION TECHNIQUE):

L'exigence sera modifiée pour indiquer: "Le FEO doit fournir, sur demande, des mises à jour de la bibliothèque de périphériques qui doivent pouvoir être installées par l'opérateur »

Question 3:

Se référant à la page 29 de 35, Article 2.2.5 (d) « Doit résister à des chutes sur chacune de ses six surfaces à partir de 1,5 m de hauteur ou plus et maintenir son plein fonctionnement »

Voulez-vous s'il vous plait confirmer que l'appareil doit survivre à des chutes de 1m ou plus selon les dernières exigences d'ANSI 42.48.2018?

Réponse 3 (MODIFICATION AUX CRITÈRES D'ÉVALUATION TECHNIQUE):

Oui.

N° de l'invitation - Sollicitation No.
W6399-19KF23/B
N° de réf. du client - Client Ref. No.
W6399-19KF23/B

N° de la modif - Amd. No.
003
File No. - N° du dossier
PV956. W6399-19KF23/B

Id de l'acheteur - Buyer ID
PV956
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

Question 4:

Se référant à la page 28 de 35, Article 2.2.5 (a) « Doit fonctionner à des températures ambiantes de -20 à +50o C, tout en respectant tous les autres paramètres de rendement décrits dans les présentes spécifications »

Voulez-vous s'il vous plait confirmer que l'appareil fonctionné a des températures ambiantes de -10 à +40 DegC selon des dernières exigences d'ANSI 42.48.2018?

Réponse 4 (MODIFICATION AUX CRITÈRES D'ÉVALUATION TECHNIQUE):

Oui.

Question 5:

Voulez-vous s'il vous plait prolonger la date limite de soumission de la sollicitation pour deux semaines afin d'avoir le temps de préparer la meilleure combinaison de proposition technique et de prix?

Réponse 5:

Non.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES