



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC  
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier  
Place du Portage, Phase III  
Core 0B2 / Noyau 0B2  
Gatineau, Québec K1A 0S5  
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Scientific, Medical and Photographic Division /  
Division de l'équipement scientifique, des produits  
photographiques et pharmaceutiques  
L'Esplanade Laurier  
140 O'Connor Street,  
East Tower, 7th Floor  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Spectroscopic Radiological	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W6399-19KF23/B	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 003
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W6399-19KF23	<b>Date</b> 2019-12-04
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$PV-956-77942	
<b>File No. - N° de dossier</b> pv956.W6399-19KF23	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2019-12-12</b>	
<b>Time Zone</b> Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Courteau, Robert	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pv956
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (343) 550-1614 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

N° de l'invitation - Solicitation No.  
W6399-19KF23/B  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
W6399-19KF23/B

N° de la modif - Amd. No.  
003  
File No. - N° du dossier  
PV956. W6399-19KF23/B

Id de l'acheteur - Buyer ID  
PV956  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

---

**Amendment 003 seeks to answer bidder questions:**

**Question 1:**

Referring to page 26 of 35, Item 2.2.1 (c),ii “Thermal Neutron sensitivity of 4 cps/nv, or better”

Could you please confirm that Neutron sensitivity of 2.6 cps/nv is acceptable.

**Answer 1:**

No.

**Question 2:**

Referring to page 27 of 35, Item 2.2.3 (a) , “Must have a customizable library; i.e. must allow the user to add new isotope spectra;”

Could you please omit the requirement 2.2.3 (a).

**Answer 2 (MODIFICATION TO TECHNICAL EVALUATION CRITERIA):**

The requirement will be altered to state: “The OEM must provide, upon request, updates to the device library which should be able to be installed by the operator.”

**Question 3:**

Referring to page 28 of 35, Item 2.2.5 (d), “Must survive drops on each of its six surfaces from 1.5m or more and maintain its full functionality.”

Would you please confirm that the device must survive drops from 1m or more according to latest requirement of ANSI 42.48.2018.

**Answer 3 (MODIFICATION TO TECHNICAL EVALUATION CRITERIA):**

Yes.

N° de l'invitation - Solicitation No.  
W6399-19KF23/B  
N° de réf. du client - Client Ref. No.  
W6399-19KF23/B

N° de la modif - Amd. No.  
003  
File No. - N° du dossier  
PV956. W6399-19KF23/B

Id de l'acheteur - Buyer ID  
PV956  
N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

---

**Question 4:**

Referring to page 28 of 35, Item 2.2.5 (a), “Must operate in ambient temperatures from -20 to +50DegC, while meeting all other performance parameters outlined in this specification;”.

Would you please confirm that the device must operate in ambient temperatures from -10 to +40 DegC according to latest requirement of ANSI 42.48.2018?

**Answer 4 (MODIFICATION TO TECHNICAL EVALUATION CRITERIA):**

Yes.

**Question 5:**

Would you please extend submission deadline of the solicitation for two weeks in order to have time to prepare the best combination of technical and price proposal.

**Answer 5:**

No.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**