



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Pacific Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B.C.
V8W 3X4
Bid Fax: (250) 363-3344

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet CLUHP + Digestion micro-ondes	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1625-190021/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F1625-190021	Date 2019-12-04
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VIC-246-7870	
File No. - N° de dossier VIC-9-42087 (246)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-18	Time Zone Fuseau horaire Pacific Standard Time PST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kobenter, Hélène	Buyer Id - Id de l'acheteur vic246
Telephone No. - N° de téléphone (250) 508-7491 ()	FAX No. - N° de FAX (250) 363-3344
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification N° 001 émise aux fins d'afficher les réponses aux demandes de renseignements reçues de la part des soumissionnaires potentiels:

Question N° 1 : Concernant la section B – Système de digestion par micro-ondes – Critère obligatoire B1.5 :

B1.5	Pouvoir digérer des quantités d'échantillons élevées (≥ 3 g) et faibles ($\leq 0,1$ g) ainsi que des volumes d'échantillons élevés (≥ 50 ml) et faibles (≤ 100 μ L).
------	---

Quel est l'échantillon de matrice pour les échantillons de 100 μ L ? Quel est l'échantillon de matrice pour les échantillons de 3 g?

Réponse : Des exemples de matrices d'échantillon incluent du sérum et autres fluides biologiques pour les échantillons de 100 μ L et des sédiments et tissus biologiques pour des échantillons de 3 g.

--Toutes les autres conditions de l'invitation restent inchangées--