



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving PWGSC/TPSGC reception des
soumissions

Victory Building/Édifce Victory

Room 310/pièce 310

269 Main Street/269 rue Main

Winnipeg

Manitoba

R3C 1B3

Bid Fax: (204) 983-0338

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada -
Western Region

Victory Building/Édifce Victory

Room 310/pièce 310

269 Main Street/269 rue Main

Winnipeg

Manitoba

R3C 1B3

Title - Sujet Automatic microbiological media pre	
Solicitation No. - N° de l'invitation 6D063-193342/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 6D063-193342	Date 2019-12-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$WPG-118-10932	
File No. - N° de dossier WPG-9-42133 (118)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-16	Time Zone Fuseau horaire Central Standard Time CST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Omerzo, Zeljka	Buyer Id - Id de l'acheteur wpg118
Telephone No. - N° de téléphone (204) 510-2597 ()	FAX No. - N° de FAX (204) 983-7796
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 001 to Solicitation No. 6D063-193342/A is raised to address the following:

1. Refer to Annex A – Requirement, and amend as follows:

DELETE: 3. Maximum allowable dimensions and weight on the base unit must not exceed 130cmx100cmx95cm (LxWxH) and base equipment must weigh less than 130kg

INSERT: 3. Maximum allowable dimensions and weight on the base unit must not exceed 130cmx100cmx105cm (LxWxH) including wheels/trolley and base equipment must weigh less than 130kg. Maximum allowable height is 105cm with trolley or wheels. If the item doesn't come with wheels then bidder must provide a trolley but must not exceed the overall height of 105cm.

2. Refer to Appendix 1 – Mandatory Technical Criteria, and amend as follows:

DELETE:

2	Maximum allowable dimensions and weight on the base unit must not exceed 130cmx100cmx95cm (LxWxH) and base equipment must weigh less than 130kg	
----------	---	--

INSERT:

2	Maximum allowable dimensions and weight on the base unit must not exceed 130cmx100cmx105cm (LxWxH) including wheels/trolley and base equipment must weigh less than 130kg	
----------	---	--

3. The following are answers to the questions received from the industry:

Q1. Specifications #3. Maximum allowable dimensions and weight on the base unit must not exceed 130cmx100cmx95cm (LxWxH).

Will the Public Health Agency of Canada accept a height of 104cm including wheels and thus a rolling cart (Specifications #1 and #2) is not required?

A1. Yes.

All other terms and conditions remain the same.